

**ANEXO I – PREGÃO Nº 14/2021 - ELETRÔNICO****MODELO DE PROPOSTA E RELAÇÃO DOS PRODUTOS LICITADOS**

A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital de Pregão.

Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência as de outros proponentes, sob pena de desclassificação.

A empresa deverá obrigatoriamente constar a **marca** do produto ofertado.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	VENTILADOR MECÂNICO para Adultos, pediátricos e Neonatais, com Ventilação Mecânica Invasiva e Mecânica Não-Invasiva. Deve dispor de Modos/Modalidades ventilatórias com Volume Controlado VCV (A/C, SMIV, CPAP) Pressão Controlada PCV (A/C, SMIV, CPAP) Tempo Controlado com Pressão Limitada e Fluxo Contínuo (A/C, SMIV, CPAP) Ventilação Não Invasiva NIV (A/C, SMIV, CPAP). Estas modalidades funcionam com fluxo de Oxigênio (O2) e Ar Comprimido (AC). Deve possuir recursos de monitoração respiratória. A tela deve oferecer aos intensivistas um retrato instantâneo e em tempo real dos dados do paciente e do status da ventilação. Deve possuir: - Dicas rápidas sobre o estado de desmame do paciente - Modelo de pulmão com código de cores que indicam o esforço do paciente - Barra de volume minuto que identifica claramente o esforço inspiratório do paciente e a necessidade de mais suporte ventilatório - Visualização remota de parâmetros para rápida avaliação do paciente - Deve permitir gerencia dos pacientes tanto em modos invasivos, quanto em modos não invasivos. - Funcionar com fluxo de Oxigênio (O2) e Ar Comprimido (AC). Deve possuir as seguintes ferramentas/itens: - Ajuste da sensibilidade expiratória nos ciclos de pressão suporte - Ajuste da inclinação da curva de pressão nos ciclos de pressão controlada e de pressão suporte - Nebulização sincronizada com a fase inspiratória e com compensação de volume e de FiO2 - Acionamento de Suspiro nos modos controlados a volume e a pressão - Insuflação traqueal de gases – TGI –sincronizada com a fase expiratória - Sequência automática para aspiração (100% O2) - Compensação automática da complacência do circuito respiratório - Tela de cristal líquido colorida de mínimo 10" de alta resolução (XGA 1024x768), com alto brilho e contraste, bem como superfície anti-reflexiva; - Módulo de Acionamento Eletrônico composto por placas eletrônicas e transdutores e é responsável pelo acionamento das válvulas, monitoração dos sensores, controle do sistema de baterias e acionamento dos alarmes - Módulo de Alimentação Elétrica é responsável pela alimentação do equipamento e é composto por uma fonte regulada CA/CC e por uma bateria interna recarregável. A bateria interna é do tipo chumbo-ácido selada; Deve acompanhar: - Cabo de força - Extensão de oxigênio - Extensão de ar comprimido - Diafragma para ventilador pulmonar - Adaptador 90º para ventilador	01			



	<p>(cotovelo) - Pedestal com rodízio para ventilador pulmonar - Válvula de exalação para ventilador - Braço articulado com suporte de circuito - Umidificador aquecido - Sensor de fluxo distal - Sensor de fluxo adulto, infantil e neonatal (podendo ser separado) para ventilador - Jarro para umidificador aquecido - Circuito paciente adulto autoclavavel com linha proximal - Circuito paciente adulto descartável com linha proximal - Circuito paciente infantil autoclavavel com linha proximal Circuito paciente infantil descartavel com linha proximal; E deve ainda: - Possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação - Atender as normas de segurança para equipamentos eletromédicos: * NBR IEC 60601-1:1994 + Emenda 1:1997: Equipamento Eletromédico – Parte 1 Requisitos Gerais para Segurança Básica e Desempenho Essencial * NBR IEC 60601-1-2:2006: Equipamento Eletromédico – Parte 1-2 Requisitos Gerais para Segurança Básica e Desempenho Essencial Norma Colateral: Compatibilidade Eletromagnética – Requisitos e Ensaio * NBR IEC 60601-2-12:2004: Equipamento Eletromédico – Parte 2-12 Prescrições Particulares para Segurança de Ventilador Pulmonar Ventiladores para Cuidados Críticos * NBR ISO 14971:2009: Produtos para a Saúde Aplicação de Gerenciamento de Risco em Produtos para a Saúde * Estar classificado como Equipamento Classe IIb - Equipamento destinado a administrar ou trocar energia com o corpo humano de forma potencialmente perigosa. * Estar classificado Classificação de acordo com a Norma NBR IEC 60601-1:1994 + A1:1997 como Equipamento Classe I - Equipamento com partes metálicas eletricamente isoladas e que possui um terminal de aterramento (plugue com pino terra). * Estar classificado como equipamento energizado internamente Equipamento elétrico capaz de operar por meio de uma bateria interna. * Ter a parte aplicada Tipo B Circuito paciente que oferece proteção contra choque elétrico. * Ter a parte aplicada à prova de desfibrilação Circuito paciente protegido contra a descarga de um desfibrilador cardíaco * Ser equipamento apto a uso em operação contínua - Equipamento capaz de operar por tempo ilimitado sem apresentar superaquecimento. * Estar dotado das seguintes fontes de alimentação: - Fonte de energia externa do tipo CA (rede elétrica) - Fonte de energia externa do tipo CC (bateria externa) - Fonte de energia interna do tipo CC (bateria interna) * Fonte de Energia Externa CA (Corrente Alternada) - Tensão: 100V – 240V (fonte Full Range – comutação automática) - Corrente: 0,3A – 0,7A - Frequência: 50Hz – 60Hz - Fusível: T2AL 250V - Consumo: aproximadamente 75VA * Fonte de Energia Externa CC (Corrente Contínua) - Tensão: 12V – 14V - Corrente: 4,0A - Fusível: 4A 250V SB * Fonte de Energia Interna Tipo de bateria: Chumbo-ácido, com tensão: 12V, e capacidade de Carga de 9,0Ah, permitindo autonomia de até 3 horas.</p>				
02	<p>BOMBA DE INFUSÃO que deve possuir infusão por modo contínuo ou intermitente, contar com alarmes para avisar o mau funcionamento e mostrar o ocorrido. Contar com um visor frontal interativo. CARACTERÍSTICAS: peso aproximado 1,2 kg, com suporte 1,5 kg, dimensões aproximadas de 16,3 centímetros altura, 11,7 centímetros profundidade. Cabo de alimentação de energia com fonte bivolt 110/220. Automático, suporte para fixação em pedestal, precisão de infusão mais ou menos 10%, pressão de infusão 15 PSI, instrumentos de volumes de 1 ml - 1ml memória de 72 horas. Alarme de erro de funcionamento,</p>	01			



	volume de alarme modo pausa.				
03	DESFIBRILADOR BIFÁSICO profissional, compacto, durável e ergonômico. Adequado para uso em emergências. Com diferentes modos de operação (desfibrilação manual, AED, marca-passo e monitoramento). Todas as funções opcionais necessárias de monitoramento de sinais vitais, que permitam o uso sem necessidade de um monitor de paciente separado Exibição ampla e nítida com 4 curvas para visualização de ECG e de sinais vitais Desfibrilação, cardioversão sincronizada e AED com tecnologia bifásica Energia de escalonamento de dose até 360J para maximizar o êxito da desfibrilação Capacidade de energia com baterias para suportar monitoramento contínuo de longa duração e choques durante o transporte sem fonte de alimentação externa, sem perda de informações Características mínimas: - Alarmes de nível alto, médio e baixo, em conformidade com a norma IEC60601-1-8; Alarmes fisiológicos, alarmes técnicos; Alarmes de travamento e destravamento - Forma de onda de desfibrilação: Exponencial truncado bifásico - Módulo de SpO2 da Mindray, Masimo ou Nellcor de tecnologia da oximetria - Tela LCD TFT a cores, com resolução mínima de 800 x 600 pixels, de mínimo 8 " - Capnografia por demanda, fixo, 0 a 200 mA, 40 a 170 ppm, largura de pulso 20 ms - ECG de 3, 5 e 12 derivações, 15 a 350 BPM, através de eletrodos externos e pás de eletrodos multifuncionais - Impressora de pontos de transferência térmica de alta resolução – Marca passo externo por demanda, fixo, 0 a 200 mA, 40 a 170 ppm, largura de pulso 20 ms - Oximetria de 0 a 100%, 20 a 254 BPM; Máximo: 1 a 100%, 25 a 240 BPM; Nellcor: 0 a 100%, 20 a 300 BPM; - Pressão Invasiva de 2 canais, -6,7 kPa a 40,0 kPa (-50 mmHg a 300 mmHg), 25 a 350 bpm - Pressão não invasiva Oscilométrica, 20 a 270 mmHg, Manual, Automático e STAT - Respiração com impedância transtorácica, 0 a 150 RPM com detecção de apneia. Deve dispor dos seguintes componentes/acessórios - Alimentação elétrica de 100 a 2450 VCA, 50/60 Hz - Bateria com autonomia de Monitoração ≥ 5 h ou ≥ 10 h; Desfibrilação ≥ 100 descargas ou ≥ 200 descargas; Mpasso ≥ 3 h ou ≥ 6 h - Bateria interna de 15.1V, 5600mAh ou 14.8V, 3000mAh, tipo íons de lítio - Sistema de Capnografia dotado de kit modulo de CO2 por fluxo lateral ou kit modulo de CO2 por microfluxo - Cabox de ECG de 3, 5 ou 10 vias - Pás para desfibrilação externa ou interna, adulto, pediátrico ou neonatal. Eletrodos multifuncionais, adulto ou pediátrico - Conjunto de cabos, transdutor de PI descartável, suporte de PI e descanso para transdutor, para pressão invasiva - Braçadeira adulto, pediátrico ou neonatal, reutilizável ou descartável para pressão não invasiva - Sensores de SPO 2 em sistema de Clipe ou Y, reutilizável ou descartável - Sensor de pele ou esofágico, adulto, pediátrico ou neonatal, reutilizável ou descartável.	01			

_____, ____ de _____ de 20xx

Assinatura do representante
Carimbo do CNPJ

**ANEXO II****TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIÇÃO DE OPERAÇÕES**

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)	
Nome: (Razão Social)	
Endereço:	
Complemento	Bairro:
Cidade:	UF
CEP:	CNPJ/CPF:
Inscrição estadual:	RG
Telefone comercial:	Fax:
Celular:	E-mail:
Representante legal:	
Cargo:	Telefone:
Ramo de Atividade:	

1 - Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2 - São responsabilidades do Licitante:

I - tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;

II - observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;

III - observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento; iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3 - O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.

4 - O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos



no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.

5 -(cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizado por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:

I - declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;

II - apresentar lance de preço;

III - apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;

IV - solicitar informações via sistema eletrônico;

V - interpor recursos contra atos do pregoeiro;

VI - apresentar e retirar documentos;

VII - solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;

VIII - assinar documentos relativos às propostas;

IX - emitir e firmar o fechamento da operação; e

X - praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido.

Corretora:	
Endereço:	
CNPJ:	

1 - O presente Termo de Adesão é válido até __/__/____, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.

Local e data:

Assinatura: _____
(reconhecer firma em cartório – ou assinatura digital)



**Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico
de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil - (Licitante direto)**

Indicação de Usuário do Sistema

Razão Social do Licitante:		
CNPJ/CPF:		
Operadores		
1	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:
2	Nome:	
	CPF:	Função:
	Telefone:	Celular:
	Fax:	E-mail:

O Licitante reconhece que:

I - a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;

II - o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;

III - a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e

IV - o Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e

V - o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA.

Local e data:

Responsável: _____

Assinatura: _____
(reconhecer firma em cartório – ou assinatura digital)

**ANEXO III – PREGÃO Nº 14/2021 - ELETRÔNICO****TERMO DE REFERENCIA**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO	VALOR TOTAL MÁXIMO
01	VENTILADOR MECÂNICO para Adultos, pediátricos e Neonatais, com Ventilação Mecânica Invasiva e Mecânica Não-Invasiva. Deve dispor de Modos/Modalidades ventilatórias com Volume Controlado VCV (A/C, SMIV, CPAP) Pressão Controlada PCV (A/C, SMIV, CPAP) Tempo Controlado com Pressão Limitada e Fluxo Contínuo (A/C, SMIV, CPAP) Ventilação Não Invasiva NIV (A/C, SMIV, CPAP). Estas modalidades funcionam com fluxo de Oxigênio (O2) e Ar Comprimido (AC). Deve possuir recursos de monitoração respiratória. A tela dever oferecer aos intensivistas um retrato instantâneo e em tempo real dos dados do paciente e do status da ventilação. Deve possuir: - Dicas rápidas sobre o estado de desmame do paciente - Modelo de pulmão com código de cores que indicam o esforço do paciente - Barra de volume minuto que identifica claramente o esforço inspiratório do paciente e a necessidade de mais suporte ventilatório - Visualização remota de parâmetros para rápida avaliação do paciente - Deve permitir gerencia dos pacientes tanto em modos invasivos, quanto em modos não invasivos. - Funcionar com fluxo de Oxigênio (O2) e Ar Comprimido (AC). Deve possuir as seguintes ferramentas/itens: - Ajuste da sensibilidade expiratória nos ciclos de pressão suporte - Ajuste da inclinação da curva de pressão nos ciclos de pressão controlada e de pressão suporte - Nebulização sincronizada com a fase inspiratória e com compensação de volume e de FiO2 - Acionamento de Suspiro nos modos controlados a volume e a pressão - Insuflação traqueal de gases – TGI –sincronizada com a fase expiratória - Sequência automática para aspiração (100% O2) - Compensação automática da complacência do circuito respiratório - Tela de cristal líquido colorida de mínimo 10” de alta resolução (XGA 1024x768), com alto brilho e contraste, bem como superfície anti-reflexiva; - Módulo de Acionamento Eletrônico composto por placas eletrônicas e transdutores e é responsável pelo acionamento das válvulas, monitoração dos sensores, controle do sistema de baterias e acionamento dos alarmes - Módulo de Alimentação Elétrica é responsável pela alimentação do equipamento e é composto por uma fonte regulada CA/CC e por uma bateria interna recarregável. A bateria interna é do tipo chumbo-ácido selada; Deve acompanhar: - Cabo de força - Extensão de oxigênio - Extensão de ar comprimido - Diafragma para ventilador pulmonar - Adaptador 90º para ventilador (cotovelo) - Pedestal com rodízio para ventilador pulmonar - Válvula de exalação para ventilador - Braço articulado com suporte de circuito - Umidificador aquecido - Sensor de fluxo distal - Sensor de fluxo adulto, infantil e neonatal (podendo ser separado) para ventilador - Jarro para umidificador aquecido - Circuito paciente adulto autoclavavel com linha proximal - Circuito paciente adulto descartável com linha proximal - Circuito paciente infantil autoclavavel com linha proximal Circuito paciente infantil	01		80.000,00	80.000,00



	<p>descartavel com linha proximal; E deve ainda: - Possuir garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação - Atender as normas de segurança para equipamentos eletromédicos: * NBR IEC 60601-1:1994 + Emenda 1:1997: Equipamento Eletromédico – Parte 1 Requisitos Gerais para Segurança Básica e Desempenho Essencial * NBR IEC 60601-1-2:2006: Equipamento Eletromédico – Parte 1-2 Requisitos Gerais para Segurança Básica e Desempenho Essencial Norma Colateral: Compatibilidade Eletromagnética – Requisitos e Ensaio * NBR IEC 60601-2-12:2004: Equipamento Eletromédico – Parte 2-12 Prescrições Particulares para Segurança de Ventilador Pulmonar Ventiladores para Cuidados Críticos * NBR ISO 14971:2009: Produtos para a Saúde Aplicação de Gerenciamento de Risco em Produtos para a Saúde * Estar classificado como Equipamento Classe IIb - Equipamento destinado a administrar ou trocar energia com o corpo humano de forma potencialmente perigosa. * Estar classificado Classificação de acordo com a Norma NBR IEC 60601-1:1994 + A1:1997 como Equipamento Classe I - Equipamento com partes metálicas eletricamente isoladas e que possui um terminal de aterramento (plugue com pino terra). * Estar classificado como equipamento energizado internamente Equipamento elétrico capaz de operar por meio de uma bateria interna. * Ter a parte aplicada Tipo B Circuito paciente que oferece proteção contra choque elétrico. * Ter a parte aplicada à prova de desfibrilação Circuito paciente protegido contra a descarga de um desfibrilador cardíaco * Ser equipamento apto a uso em operação contínua - Equipamento capaz de operar por tempo ilimitado sem apresentar superaquecimento. * Estar dotado das seguintes fontes de alimentação: - Fonte de energia externa do tipo CA (rede elétrica) - Fonte de energia externa do tipo CC (bateria externa) - Fonte de energia interna do tipo CC (bateria interna) * Fonte de Energia Externa CA (Corrente Alternada) - Tensão: 100V – 240V (fonte Full Range – comutação automática) - Corrente: 0,3A – 0,7A - Frequência: 50Hz – 60Hz - Fusível: T2AL 250V - Consumo: aproximadamente 75VA * Fonte de Energia Externa CC (Corrente Contínua) - Tensão: 12V – 14V - Corrente: 4,0A - Fusível: 4A 250V SB * Fonte de Energia Interna Tipo de bateria: Chumbo-ácido, com tensão: 12V, e capacidade de Carga de 9,0Ah, permitindo autonomia de até 3 horas.</p>				
02	<p>BOMBA DE INFUSÃO que deve possuir infusão por modo contínuo ou intermitente, contar com alarmes para avisar o mau funcionamento e mostrar o ocorrido. Contar com um visor frontal interativo. CARACTERÍSTICAS: peso aproximado 1,2 kg, com suporte 1,5 kg, dimensões aproximadas de 16,3 centímetros altura, 11,7 centímetros profundidade. Cabo de alimentação de energia com fonte bivolt 110/220. Automático, suporte para fixação em pedestal, precisão de infusão mais ou menos 10%, pressão de infusão 15 PSI, instrumentos de volumes de 1 ml - 1ml memória de 72 horas. Alarme de erro de funcionamento, volume de alarme modo pausa.</p>	01		11.000,00	11.000,00
03	<p>DEFIBRILADOR BIFÁSICO profissional, compacto, durável e ergonômico. Adequado para uso em emergências. Com diferentes modos de operação (desfibrilação manual, AED, marca-passo e monitoramento). Todas as funções opcionais necessárias de monitoramento de sinais vitais, que permitam o uso sem necessidade de um monitor de paciente separado Exibição ampla e nítida com 4 curvas para visualização de ECG e</p>	01		30.000,00	30.000,00



<p>de sinais vitais Desfibrilação, cardioversão sincronizada e AED com tecnologia bifásica Energia de escalonamento de dose até 360J para maximizar o êxito da desfibrilação Capacidade de energia com baterias para suportar monitoramento contínuo de longa duração e choques durante o transporte sem fonte de alimentação externa, sem perda de informações Características mínimas: - Alarmes de nível alto, médio e baixo, em conformidade com a norma IEC60601-1-8; Alarmes fisiológicos, alarmes técnicos; Alarmes de travamento e destravamento - Forma de onda de desfibrilação: Exponencial truncado bifásico - Módulo de SpO2 da Mindray, Masimo ou Nellcor de tecnologia da oximetria - Tela LCD TFT a cores, com resolução mínima de 800 x 600 pixels, de mínimo 8 " - Capnografia por demanda, fixo, 0 a 200 mA, 40 a 170 ppm, largura de pulso 20 ms - ECG de 3, 5 e 12 derivações, 15 a 350 BPM, através de eletrodos externos e pás de eletrodos multifuncionais - Impressora de pontos de transferência térmica de alta resolução – Marca passo externo por demanda, fixo, 0 a 200 mA, 40 a 170 ppm, largura de pulso 20 ms - Oximetria de 0 a 100%, 20 a 254 BPM; Máximo: 1 a 100%, 25 a 240 BPM; Nellcor: 0 a 100%, 20 a 300 BPM; - Pressão Invasiva de 2 canais, -6,7 kPa a 40,0 kPa (-50 mmHg a 300 mmHg), 25 a 350 bpm - Pressão não invasiva Oscilométrica, 20 a 270 mmHg, Manual, Automático e STAT - Respiração com impedância transtorácica, 0 a 150 RPM com detecção de apneia. Deve dispor dos seguintes componentes/acessórios - Alimentação elétrica de 100 a 2450 VCA, 50/60 Hz - Bateria com autonomia de Monitoração ≥ 5 h ou ≥ 10 h; Desfibrilação ≥ 100 descargas ou ≥ 200 descargas; Mpasso ≥ 3 h ou ≥ 6 h - Bateria interna de 15.1V, 5600mAh ou 14.8V, 3000mAh, tipo íons de lítio - Sistema de Capnografia dotado de kit modulo de CO2 por fluxo lateral ou kit modulo de CO2 por microfluxo - Cabox de ECG de 3, 5 ou 10 vias - Pás para desfibrilação externa ou interna, adulto, pediátrico ou neonatal. Eletrodos multifuncionais, adulto ou pediátrico - Conjunto de cabos, transdutor de PI descartável, suporte de PI e descanso para transdutor, para pressão invasiva - Braçadeira adulto, pediátrico ou neonatal, reutilizável ou descartável para pressão não invasiva - Sensores de SPO 2 em sistema de Clipe ou Y, reutilizável ou descartável - Sensor de pele ou esofágico, adulto, pediátrico ou neonatal, reutilizável ou descartável.</p>				
--	--	--	--	--

- 1 - Os produtos deverão ser de primeira qualidade e atender as quantidades e especificações constantes do Termo de Referência em anexo ao edital.
- 2 - Independente da aceitação o adjudicatário garantirá a qualidade dos produtos.
- 3 - A empresa deverá efetuar o fornecimento dos produtos, nos termos descritos na solicitação emitida.
- 4 - Para o fornecimento será solicitado o equipamento e indicando local e forma de entrega;
- 5 - É de responsabilidade da empresa manter em dia suas obrigações junto a órgãos ambientais quanto a exigências para o regular funcionamento. O Município fica eximido de qualquer responsabilidade quanto as obrigações de responsabilidade da empresa.
- 6 - A empresa vencedora deverá efetuar análise minuciosa de todas as informações constantes no termo de referência (ANEXO III), buscando junto ao MUNICÍPIO esclarecer



toda e qualquer dúvida sobre detalhes relevantes para a correta entrega dos produtos, a fim de que não sejam ofertados produtos que não atendam aos níveis de qualidade almejados.

7 – Observa-se que a empresa vencedora deverá atentar-se também as disposições contidas nos itens 12.4.17 e 14.1 deste edital, quanto ao prazo de entrega de documentos APÓS O PREGÃO.

8 - A aceitação estará condicionada à devida fiscalização dos técnicos das **SECRETARIAS DE SAÚDE**.

9 - Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias.

10 – Os produtos deverão ter aprovação no INMETRO. Tal condição será verificada no ato da entrega.

12 – A entrega deverá ocorrer em até 10 (dez) dias contados a partir da data do recebimento da solicitação de fornecimento.

13 – O prazo total da ata será 90 (noventa) dias.

14 – A vigência de cada ordem de compra é de 30 (trinta) dias a contar da data de emissão da mesma.

15 – O pagamento será efetuado conforme entrega, em até 30 dias após a conferência de quantidade e qualidade pelo Órgão competente da Administração, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, acompanhada dos seguintes documentos:

- Laudo de entrega emitido pela Comissão Permanente Para Recebimento de Bens e Serviços.

- Requisições de entrega emitidas pela Secretaria Competente,

- Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal;

- Certificado de Regularidade do FGTS da empresa;

- Certidão de regularidade de Tributos Municipais;

16 - LOCAL DE EXECUÇÃO: Secretaria de Saúde.

**ANEXO IV****MINUTA DO CONTRATO**

Pelo presente instrumento, o **MUNICÍPIO DE IBEMA**, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXX, com sede a Av. XXXXXXXXXXXXXXXX, Nº XXXX, neste ato representado pela Senhora Prefeita municipal abaixo assinada, doravante designado **MUNICÍPIO** de um lado, e de outro a empresa _____, estabelecida na Rua _____, na cidade de _____, Estado _____, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas/MF sob nº...../....-., neste ato representada por seu representante legal o (a) sr(a). XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro (a), portador (a) da Cedula de Identidade nº xxxxxxxxxxxxxxxx, e do CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado a Rua xxxxxxxxxxxxxxxx, nº xxxxxxxx, bairro xxxxxxxxxxxxxxxx, cidade de xxxxxxxxxxxxxxxx, estado do xxxxxxxxxxxxxxxx, ao final assinado, doravante designada **CONTRATADA**, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato decorrente do Edital pregão Eletrônico **xx/2021**, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente contrato tem por objeto **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão atender as quantidades e especificações conforme Termo de Referência do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA se obriga a entregar os produtos, objeto deste Contrato, pelo preço de R\$ _____ (_____).

PARAGRAFO SEGUNDO - Os preços serão fixos e irrevogáveis e deverão ser expressos em reais, limitando-se a duas casas decimais após a vírgula, exceto em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA TERCEIRA - PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será efetuado mensalmente, em até 30 (trinta) dias após apresentação da nota fiscal, recibo e certidões necessárias, devidamente analisadas e atestadas pelo servidor designado pela Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo fornecedor.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O pagamento efetuado não isentará o fornecedor das



responsabilidades decorrentes do fornecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – Caso a empresa não tenha conta na CAIXA ECONOMICA FEDERAL ou no BANCO DO BRASIL, ou ainda, NÃO TENHA EMITIDO BOLETO PARA PAGAMENTO, será descontado o valor referente a transferência bancária.

PARÁGRAFO QUINTO - Os recursos destinados ao pagamento dos serviços de que trata o presente contrato, são oriundos da seguinte **dotação orçamentária**:

11 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.01 – Divisão de Atenção Básica

10.301.0007.2.066 – Enfrentamento da Emergência de Saúde – Corona Vírus COVID-19

3.3.90.30.00 (497) – Equipamentos e Material Permanente – Fonte de Recursos – 349419.

PARÁGRAFO SEXTO - Os pagamentos serão realizados através de transferência on-line para a conta corrente bancária da Contratada.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

PARAGRAFO PRIMEIRO – A entrega deverá ocorrer em até 10 (quinze) dias contados a partir da data do recebimento da solicitação de fornecimento.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo total do contrato será de 90 (noventa) dias.

PARÁGRAFO TERCEIRO A vigência da ata é de 30 (trinta) dias além de sua validade, para fins de pagamento

PARAGRAFO QUARTO - O contrato poderá ser rescindido caso ocorra caso fortuito, desde que com comunicado prévio de no mínimo 30 (trinta) dias.

PARAGRAFO QUINTO - LOCAL DE ENTREGA – Secretaria de Saúde

CLÁUSULA QUINTA – PENALIDADES

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor está sujeito às seguintes penalidades:

1 - À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei nº 8.666/93, nas seguintes situações, dentre outras:

2 - Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 05 (cinco) dias consecutivos.

3 - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de R\$ 100,00 (cem reais), por dia, de atraso ou de demora.

4 - Pela execução em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva solução.

5 - Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta)



meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores do Município, nos casos de:

- a) apresentação de documentação falsa;
- b) retardamento na execução do objeto;
- c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
- d) comportamento inidôneo;
- e) fraude na execução do contrato;
- f) falha na execução do contrato.

6 - Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.

7 - As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

CLÁUSULA SEXTA – RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação Judicial, nas seguintes hipóteses;

- a) infringência de qualquer obrigação ajustada;
- b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) Se a CONTRATADA, sem previa autorização do MUNICÍPIO, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- d) e os demais mencionados no Artigo 77 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o MUNICÍPIO por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso do MUNICÍPIO precisar recorrer a via Judicial para rescindir o presente contrato, ficará a CONTRATADA sujeita a multa convencional de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato e iniciar outro processo licitatório.

PARAGRAFO QUARTO - O cancelamento do Contrato poderá ser formalizado, de pleno direito, nas hipóteses a seguir indicadas, precedidas sempre, porém, do oferecimento de prazo de 5 (cinco) dias úteis para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

PARAGRAFO QUINTO – O contrato poderá ser cancelado pelo órgão responsável quando o contratado:

- 1** - Descumprir as condições constantes neste Edital, em seus Anexos e no próprio Contrato;
- 2** - Recusar-se a celebrar o Contrato ou não retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 3** - For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
- 4** - For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei



Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

PARAGRAFO SEXTO - A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

PARAGRAFO SETIMO - A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato.

PARAGRAFO OITAVO - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do Contrato.

PARAGRAFO NONO - A comunicação do cancelamento do Contrato deverá ser feita pessoalmente, ou então por correspondência com aviso de recebimento, juntando o comprovante aos autos.

PARAGRAFO DECIMO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da empresa, a comunicação será feita por meio do Diário Oficial ou Jornal de Grande circulação, por duas vezes consecutivas, considerando cancelado o contrato a contar da última publicação.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Independentemente das previsões retro indicadas, o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do Contrato na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

PARAGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Ocorrendo a hipótese prevista no **parágrafo anterior**, a solicitação de cancelamento do fornecedor deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada ao Município a aplicação das penalidades previstas no Edital.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

1 - SÃO OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:

1.1 - Permitir o acesso de funcionários dos fornecedores às suas dependências, para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;

1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;

1.3 - Impedir que terceiros efetuem o fornecimento objeto deste Pregão;

1.4 - Efetuar o pagamento devido pelo fornecimento da (s) mercadorias, desde que cumpridas todas as exigências deste Edital e de seus Anexos e do contrato;

1.5 - Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

2 - SÃO OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR.

2.1 - Ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da entrega, tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vale refeição, vale-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela legislação;



- 2.2** - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 2.3** - Indicar o responsável por representá-la na execução do contrato, assim como a(s) pessoa(s) que, na ausência do responsável, poderá substituí-lo;
- 2.4** - Efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ou condições constantes neste Edital de Pregão e em seus Anexos;
- 2.5** - Executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não autorizadas pelo Município;
- 2.6** - Ser responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;
- 2.7** - Ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do Município, ou bens de terceiros, quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados.
- 2.8** - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Município, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos serviços executados;
- 2.9** - Comunicar por escrito ao Município qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
- 2.10** – Executar os serviços, conforme solicitação da Secretaria competente, do Município.
- 2.11** - Garantir a qualidade das serviços, obrigando-se a executar conforme apresentado na proposta; e

3 - ADICIONALMENTE, O FORNECEDOR DEVERÁ:

- 3.1** - Assumir a responsabilidade por todos os previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria.
- 3.2** - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação do objeto deste Pregão.
- 3.3** - A inadimplência do fornecedor, com referência aos encargos estabelecidos no subitem **23.3**, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município, nem poderá onerar o objeto deste Edital, razão pela qual o fornecedor signatário do contrato renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o Município.
- 3.4** - Deverá a contratada observar, ainda, o seguinte:
- 3.4.1** - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, ou que nela ocupe cargo de confiança, durante a vigência do contrato;
- 3.4.2** - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização do Município.
- 3.4.3** - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

**CLAUSULA OITAVA- DISPOSIÇÕES GERAIS**

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O presente contrato somente terá eficácia após a publicação no diário oficial.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos do Pregão Presencial em epigrafe.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A gestão do presente contrato será de responsabilidade da Sra. Neusa Prechlak.

PARAGRAFO QUARTO – O Fiscal de contrato responsável pela fiscalização das obrigações decorrentes do presente contrato é o Sr. Luciano Eclair Fernandes

PARAGRAFO QUINTO - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) **PRÁTICA CORRUPTA**: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) **PRÁTICA FRAUDULENTA**: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) **PRÁTICA COLUSIVA**: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos de órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

d) **PRÁTICA COERCITIVA**: causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;

e) **PRÁTICA OBSTRUTIVA**:

(I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II – Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

III – Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA NONA - SUCESSÃO E FORO

PARAGRAFO PRIMEIRO - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca de CATANDUVAS, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx/xx/201X.

MUNICÍPIO DE xxxxxxxxxxxxxxxx
nome
Prefeita Municipal
CPF

CONTRATADA
REPRESENTANTE
CPF

Secretário contratante
Fiscal do contrato

Resp. pela gestão do contrato
Gestor do contrato



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

ANEXO V

**DECLARAÇÃO IDONEIDADE E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA
QUALIFICAÇÃO**

Ao Município de IBEMA– PR
Pregão Eletrônico nº /2021.

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade de **Pregão Eletrônico - Registro de Preços**, sob nº /2021, instaurado pelo Município de IBEMA, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores,

_____, ____ de _____ de 2021.

(carimbo CNPJ, nome e assinatura do responsável legal)
(carteira de identidade número e órgão emissor)



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME); OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).

Ilmo Sr. Pregoeiro, do Município de IBEMA– Pr.

Declaro sob as penas da lei, para os devidos fins e a quem interessar possa que a empresa,.....Estabelecida na Bairro....., na cidade de....., nos termos da Lei complementar nº. 123, de 14 de Dezembro de 2006 e Decreto nº 6.204, de 05 de Setembro de 2007, se enquadra na condição de:

- () Micro Empreendedor Individual (MEI);
- () Microempresa (ME);
- () Empresa de Pequeno Porte (EPP);
- () Outras.

Cidade/data

Nome e Assinatura do representante da Empresa

(firma reconhecida ou assinatura digital)

OBS:

- 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
- 2) Deverá ser apresentada juntamente com esta Declaração, Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado ou documento substitutivo idôneo emitido por entidade/órgão público idôneo capaz de comprovar de que está enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com prazo de emissão não superior a 60 (sessenta) dias.
- 3) Esta declaração, assim como a Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou documento substitutivo, deverá ser entregue ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, durante o credenciamento, exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

IBEMA

ANEXO VII

DECLARAÇÃO VEDAÇÕES LEGAIS

Ilmo Sr. Pregoeiro, do Município de IBEMA– Pr.

Declaramos que não possuímos vedações legais decorrentes do exercício de cargos públicos e de inexistência de grau de parentesco impeditivo com agentes políticos, no exercício do mandato, e servidores ou empregados públicos, investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento do poder executivo do Município de IBEMA, em observância a súmula vinculante nº 13 do STF, Acórdão nº 2745/10 – TCE - PR e art. 9º da lei 8.666/93.

Data ----/----/----/.

(Nome e assinatura)